

**PAKALPOJUMU LĪGUMS NR. VSIA NRC "VAIVARI" 2018/08TPC**  
par pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošanu un izsniegšanu

Rīgā

2018. gada 1. jūnijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", reģistrācijas Nr. 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV-2008, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis Mārtiņš Oliņš, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipnos", reģistrācijas Nr.50003877011, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Artis Svaža, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana" ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08TPC (turpmāk – konkurss) rezultātiem un, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

- 1.1. Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši konkursa Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums), savam tehniskajam un finanšu piedāvājumam konkursam (Līguma 2. pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem apņemas veikt pozitīva spiediena terapijas iekārtu (turpmāk – iekārtas) pielāgošanu, apmācību lietošanā un izsniegšanu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).
- 1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma 2. pielikumā, kas ir Pakalpojuma sniedzēja tehniskais un finanšu piedāvājums konkursam, noteiktās cenas saskaņā ar Līguma noteikumiem.

**2. Pušu tiesības un pienākumi**

- 2.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
  - 2.1.1. sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  - 2.1.2. sniegt Pakalpojumus personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt valsts apmaksātus Pakalpojumus un kuras Pasūtītājs ir nosūtījis pie Pakalpojuma sniedzēja (turpmāk tekstā – Personas);
  - 2.1.3. nodrošināt iespēju Personām saņemt Pakalpojumus ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir Personu nosūtījis pie Pakalpojuma sniedzēja;
  - 2.1.4. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanas un Personas novērtēšanas dokumentēšanu papīra formātā un ievērot normatīvajos aktos noteikto šāda veida dokumentu uzglabāšanas prasības;
  - 2.1.5. slēgt ar Personām līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga;
  - 2.1.6. ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē tehnisko palīg līdzekļu izsniegšanas un aprites kārtību;
  - 2.1.7. nodrošināt, ka Pakalpojuma sniedzējs visā Līguma darbības laikā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ārstniecības iestādes prasībām;
  - 2.1.8. nodrošināt iekārtu pielāgošanu, lietošanas apmācību un izsniegšanu Rīgā un šādās vietās:
    - 2.1.8.1. Tukuma ielā 6, Rīgā;
    - 2.1.8.2. Raiņa ielā 6, Ventspilī.
  - 2.1.9. nodrošināt atbilstošu personālu un medicīnisko lietvedību, kas atbilst Ārstniecības likumam, Pacientu tiesību likumam, Fizisko personu datu aizsardzības likumam, un citiem

- Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem.
- 2.1.10. nodrošināt normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās dokumentācijas un informācijas izmantošanu un uzglabāšanu;
  - 2.1.11. apstrādājot personu datus, izstrādāt iekšējos datu apstrādes aizsardzības noteikumus;
  - 2.1.12. iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes kontrolei un pārbaudēm nepieciešamo informāciju, Līgumā neminētu informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu, paskaidrojumus un dokumentu kopijas pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas nosūtīti Pakalpojumu sniedzējam pa pastu, vai izmantojot elektronisko pastu. Pasūtītājs pieprasījumā norāda informācijas veidu, formātu un termiņu;
  - 2.1.13. nodrošināt Pasūtītājam iespēju iepazīties ar dokumentiem un to projektiem (arī elektroniskā formātā), finanšu līdzekļiem, telpām, iekārtām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz Līguma izpildi, kā arī ar Pakalpojumu sniegšanas darba procesu, kvalitāti un tā rezultātiem;
  - 2.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sagatavot, aizpildīt un iesniegt Pasūtītāja noteiktā formā un termiņā papildus atskaites ar finanšu datiem un visu citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi.
  - 2.1.15. veikt Pasūtītāja Pārbaudes ziņojumā norādītās darbības sniegto Pakalpojumu atbilstības Līguma un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nodrošināšanai;
  - 2.1.16. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma stāšanās spēkā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par Pakalpojuma sniedzēja personām, kuras Pakalpojuma sniedzējs būs pilnvarojis parakstīt ar Personām pēc Pasūtītāja noteikta parauga sagatavotus līgumus par Pakalpojumu sniegšanu;
  - 2.1.17. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par Pakalpojuma sniedzēja juridiskā statusa, rekvizītu – juridiskās adreses, atrašanās vietas, amatpersonu, personu, kuras nodrošina Pakalpojumu sniegšanu, vai norēķinu rekvizītu maiņu;
  - 2.1.18. Pakalpojuma sniedzēja telpās publiski pieejamā vietā izvietot sekojošu korektu un pilnīgu informāciju:
    - 2.1.18.1. Pakalpojuma sniedzēja darba laiku;
    - 2.1.18.2. Pakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu sarakstu un normatīvajos aktos noteikto vienreizējās iemaksas apmēru;
    - 2.1.18.3. Personas līdzmaksājuma apmēru (20%) no iekārtas vērtības;
    - 2.1.18.4. No vienreizējās iemaksas atbrīvoto Personu kategorijas;
    - 2.1.18.5. Pasūtītāja rekvizītus, kas nepieciešami vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma veikšanai;
    - 2.1.18.6. Pasūtītāja sagatavotu informāciju, ja šāda nepieciešamība radusies.
  - 2.1.19. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā informēt Pasūtītāju par neiespējamību sniegt Pakalpojumus vai to apjomu, izņemot gadījumus nepārvaramas varas apstākļos;
  - 2.1.20. informēt Personu par vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma apmēru un, ja nepieciešams, izsniegt Personai veidlapu ar Pasūtītāja rekvizītiem vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma veikšanai: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", reģistrācijas Nr. 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, Valsts kase, kods: TREL LV22, konta Nr. LV30 TREL 9185 6470 0100 0, ievērojot šādus nosacījumus:
    - 2.1.20.1. Pakalpojuma sniedzējs pārliecinās, vai Persona pieder iedzīvotāju kategorijai, kas saskaņā ar 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 "Tehnisko palīg līdzekļu noteikumi" ir atbrīvota no vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma;
    - 2.1.20.2. ja Persona pieder iedzīvotāju kategorijai, kas saskaņā ar 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 "Tehnisko palīg līdzekļu noteikumi" ir atbrīvota no vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma, Pakalpojuma sniedzējs Personas dokumentācijai pievieno attiecīgās izziņas kopiju.

Persona vienreizējo iemaksu un līdzmaksājumu var iemaksāt arī Pakalpojuma sniedzēja kasē, un Pakalpojuma sniedzēja līdz nākamā mēneša 5. datumam visas saņemtās vienreizējās iemaksas un līdzmaksājumus vienā summā pārskaita Pasūtītāja bankas kontā: Valsts kase, kods: TREL22, konta Nr. LV30 TREL 9185 6470 0100 0.

- 2.1.21. lietot Pasūtītāja datu bāzi "Individuāli izsniedzamo tehnisko palīglīdzekļu datubāze" (turpmāk tekstā – Datu bāze) saskaņā ar noslēgto vienošanos par datubāzes "Individuāli izsniedzamo tehnisko palīglīdzekļu datubāze" lietošanu (Līguma 3. pielikums);
- 2.1.22. izmantot Datu bāzē reģistrēto informāciju tikai Pakalpojumu nodrošināšanai;
- 2.1.23. nodrošināt Personu, kurām sniegti Pakalpojumi, uzskaiti un datu ievadi Datu bāzē;
- 2.1.24. pēc Personas pieprasījuma izskaidrot Personai, par kādiem Pakalpojumiem un uz kāda pamata tiek iekasēta vienreizēja iemaksa un līdzmaksājums;
- 2.1.25. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu un Līguma ietvaros iesniegto pārskatu datu atbilstību grāmatvedības uzskaites rādītājiem;
- 2.1.26. nodrošināt Personai iespēju atteikties no Pakalpojumiem;
- 2.1.27. nodrošināt konfidencialitāti informācijai par Personu Līguma darbības laikā un pēc Līguma darbības laika, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus vai ja, Persona rakstveidā atļāvusi izpaust informāciju par sevi;
- 2.1.28. nodrošināt, ka Pakalpojumus sniedz tikai tās personas, kurām, ir tiesības nodarboties ar šajā Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu.
- 2.1.29. nodrošināt Pakalpojumus labā tehniskā kvalitātē un 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošināt bezmaksas rezerves iekārtu, ja Personas iekārtai ir radušās funkcionālas problēmas.
- 2.1.30. nodrošināt iekārtas garantiju 8 (astoņu) gadu periodā no iekārtas izsniegšanas dienas personai;
- 2.1.31. nodrošināt Personas ar atbilstošām iekārtām;
- 2.1.32. sniedzot Personām Pakalpojumus, ievērot medicīnas ētikai un saskarsmes kultūrai atbilstošus apkalpošanas standartus.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas:
  - 2.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā veikt samaksu Pasūtītājam par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā sniegtiem Pakalpojumiem;
  - 2.2.2. sniegt Pakalpojuma sniedzējam pēc pieprasījuma konsultācijas par normatīvajos aktos noteikto Pakalpojumu sniegšanas kārtību un par Personu tiesībām saņemt Pakalpojumus;
  - 2.2.3. piešķirt Pakalpojuma sniedzēja Datu bāzes lietošanas tiesības saskaņā ar noslēgto vienošanos par datu bāzes "Individuāli izsniedzamo tehnisko palīglīdzekļu datubāze" lietošanu.
- 2.3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas apturēšanu vai Līguma izbeigšanu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ nepilda Līgumā noteiktos pienākumus ilgāk, kā 15 darba dienas.
- 2.4. Pakalpojumu sniedzējam nav tiesību pieprasīt no Personām papildus samaksu par Pakalpojumiem, kas sniegti Līguma ietvaros.
- 2.5. Pasūtītājam ir tiesības:
  - 2.5.1. veikt Līguma izpildes kontroli un pārbaudes (turpmāk tekstā – Pārbaudes) par sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, noteikt Piegādātajam veicamās darbības pārkāpumu novēršanai;
  - 2.5.2. pieprasīt un saņemt no Pakalpojuma sniedzēja Līguma izpildes kontrolei un Pārbaudēm nepieciešamo informāciju, tai skaitā paskaidrojumus un dokumentu kopijas;
  - 2.5.3. iepazīties ar Pakalpojumu sniedzēja dokumentiem (t.sk. medicīnas dokumentiem), projektiem, finanšu līdzekļiem, telpām, iekārtām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz Līguma izpildi.
- 2.6. Puses savstarpējiem kontaktiem nozīmē sekojošas kontaktpersonas:

- 2.6.1. Pasūtītāja kontaktpersonas ir Vaivaru Tehnisko palīgīdzekļu centra (turpmāk – VTPC) vadītāja Ligita Nelsone, tālrunis: 67185450, e-pasts: [ligita.nelsone@tpc.nrc.lv](mailto:ligita.nelsone@tpc.nrc.lv), VTPC tehniskais ortopēds Renārs Goldmanis, e-pasts: [renars.goldmanis@tpc.nrc.lv](mailto:renars.goldmanis@tpc.nrc.lv). Pasūtītāja kontaktpersona finanšu jautājumos ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Finanšu departamenta vadītāja Inga Meija, tālrunis: 67147274, e-pasts: [inga.meija@nrc.lv](mailto:inga.meija@nrc.lv);
- 2.6.2. Pakalpojumu sniedzēja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Hipnos" kontaktpersona ir valdes priekšsēdētājs Artis Svaza, tālrunis: 67336564, e-pasts: [artis.svaza@hipnos.lv](mailto:artis.svaza@hipnos.lv).

### **3. Līguma summa, līgumcena un dokumentu aprites un norēķinu kārtība**

- 3.1. Līguma kopējā summa Pakalpojumu apmaksai ir 198 110.88 (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts desmit eiro un astoņdesmit astoņi centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto likmi.
- 3.2. Pakalpojuma sniedzējs par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 5. datumam, iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:
- 3.2.1. ikmēneša atskaiti (izdrukāta no Datu bāzes), norādot tajā datus, pamatojoties uz Līguma 2. pielikumu;
  - 3.2.2. līgumu oriģinālus, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga un noslēgti starp Pakalpojumu sniedzēju un Personām par Pakalpojumu sniegšanu;
  - 3.2.3. Pakalpojumu sniedzēja un Personas parakstītus izsniegto iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktus (oriģinālus), kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga;
  - 3.2.4. zvērināta notāra (vai bāriņtiesas) apliecinātas pilnvaras vai tiesību apliecinošo dokumentu (dzimšanas apliecību vai tiesas spriedumu par aizbildniecību) kopijas, ja iekārtu saņem pilnvarotās personas vai likumiskie pārstāvji;
  - 3.2.5. dokumentu kopijas, kas apliecina Personu tiesības tikt atbrīvotām no vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma veikšanas;
  - 3.2.6. Pakalpojumu sniedzēja sagatavotu un parakstītu aktu par pielāgotajiem un izsniegtajām iekārtām (Līguma 4. pielikums);
  - 3.2.7. atskaiti par Personām, kuras Pasūtītājs ir nosūtījis Pakalpojumu sniedzējam, bet Pakalpojumu sniedzējs Līgumā noteiktajā termiņā nav apkalpojis, norādot iemeslu un veiktās darbības Personu apzināšanai (Līguma 5. pielikums);
  - 3.2.8. no Personām saņemtos dokumentus, kas apliecina vienreizējās iemaksas un līdzmaksājuma veikšanu. Dokumentos jābūt norādītam Personas vārdam, uzvārdam un personas kodam.
  - 3.2.9. maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka iepriekšējā mēnesī Pakalpojumu sniedzēja kasē iemaksātās vienreizējās iemaksas un līdzmaksājumi ir pārskaitīti uz Pasūtītāja kredītiestādes norēķinu kontu.
- 3.3. Pasūtītājs pārbauda Līguma 3.3. apakšpunktā noteikto dokumentu atbilstību Līguma prasībām.
- 3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 3.3. apakšpunktā noteiktie dokumenti nav atbilstoši Līguma prasībām, vai nav iesniegti visi Līguma 3.3. apakšpunktā norādītie dokumenti, Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas, par to informē Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot elektronisko pastu, neatbilstības novēršanai. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājs nodod dokumentus atpakaļ Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma 3.3. apakšpunktā noteiktos dokumentus atkārtoti, iepriekš novēršot Pasūtītāja norādīto neatbilstību.
- 3.5. Pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu tikai par tiem Personām izsniegtajām iekārtām, par kuru izsniegšanu ir abu Pušu sagatavots un parakstīts akts saskaņā ar Līguma pielikumu Nr. 4.
- 3.6. Pasūtītājs apmaksā Pakalpojumu sniedzēja rēķinu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā

- no tā 3.3.6. apakšpunktā noteiktā akta parakstīšanas dienas.
- 3.7. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic Eiropas Savienības vienotajā valūtā eiro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajā rēķinā.
  - 3.8. Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt Pakalpojumu sniedzējam par sniegtajiem Pakalpojumiem:
    - 3.8.1. ja netiek iesniegts kāds no Līguma 3.3. vai 3.5. apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem vai, ja iesniegtie šie dokumenti ir nepilnīgi sagatavoti vai nesalasāmi;
    - 3.8.2. ja Pakalpojumu sniedzējs ir sniedzis nekvalitatīvus Pakalpojumus;
    - 3.8.3. ja Pakalpojumu sniedzējs nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā termiņā iepriekšējos mēnešos pieļautās kļūdas iesniedzamajos dokumentos, kuras konstatētas jau pēc samaksas veikšanas par sniegtajiem pakalpojumiem.

#### **4. Pušu atbildība un līgumsods**

- 4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 4.2. Puses ir atbildīgas par otram pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.3. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam vai Personām Pakalpojumu sniedzēja personāla nepietiekamās kvalifikācijas dēļ.
- 4.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesniedz Pakalpojumus vai Līgumā un normatīvajos aktos noteikto informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzināt visus Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Šajā apakšpunktā noteiktais līgumsods netiek piemērots, ja Pakalpojumu sniegšanas nokavējums radies Personas vainas dēļ.
- 4.5. Par gadījumu, kad Pakalpojumi ir uzrādīti Līguma 3.3. apakšpunktā noteiktajā dokumentācijā, bet faktiski nav sniegti vai ir sniegti citi minētajai dokumentācijai neatbilstoši Pakalpojumi, Pakalpojumu sniedzējs maksā Pasūtītājam līgumsodu sniegtā Pakalpojuma cenas divkārtšā apmērā un Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju tiek izbeigts.
- 4.6. Pasūtītāja piemērotais līgumsods tiek ieturēts no Pakalpojumu sniedzējam maksājamās iepriekšējā perioda izpildes summas vai uzrādīts Pakalpojuma sniedzējam izsniegtajā rēķinā.
- 4.7. Par maksājuma termiņu nokavējumu Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā neveiktā maksājuma, ja kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ. Līgumsods nevar tikt piemērots gadījumā, ja Pasūtītājs nav saņēmis noteiktajā termiņā un apjomā valsts budžeta līdzekļus. Pasūtītāja pienākums ir 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdināt Pakalpojuma sniedzēju par šādu budžeta līdzekļu nesaņemšanu.
- 4.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

#### **5. Kontrole un strīdu izskatīšana**

- 5.1. Pasūtītāja kontroles rezultāti tiek apkopoti Pārbaudes ziņojumā, kura izrakstu Pasūtītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam. Ja Pakalpojumu sniedzējs 10 (desmit) darba dienu laikā nesniedz Pasūtītājam rakstveida iebildumus par pārbaudes ziņojuma saturu, pārbaudes ziņojums tiek uzskatīts par akceptētu un Pakalpojumu sniedzējam saistošu.
- 5.2. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas vai strīdus, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes

laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, tad strīdi tiks risināti LR tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

## **6. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas kārtība**

- 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, kad Pasūtītājs un Pakalpojumu sniedzējs, labprātīgi vienojoties, abpusēji to ir parakstījuši un attiecas uz laika periodu līdz 2019. gada 31. maijam. Līgums ir spēkā līdz uzsākto, bet neizpildīto saistību pilnīgai izpildei.
- 6.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Visi Līguma grozījumi, pielikumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi stājas spēkā no dienas, kad Puses tos ir parakstījušas.
- 6.3. Iepirkuma līguma grozījumi ir izdarāmi ievērojot PIL 61. panta regulējumu.
- 6.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt:
  - 6.4.1. Pasūtītājs vienpusēji, 2 (divas) nedēļas iepriekš brīdinot Pakalpojuma sniedzēju, gadījumos, ja:
    - 6.4.1.1. Pakalpojumu sniedzējs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai neizpilda tos pilnīgi vai Līgumā noteiktajā termiņā, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc aizrādījuma saņemšanas nav novērsis Pasūtītāja norādītos pārkāpumus;
    - 6.4.1.2. par Pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs ir saņēmis vairāk nekā 3 pamatotas sūdzības.
    - 6.4.1.3. pret Pakalpojumu sniedzēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierosināts maksātnespējas process, vai arī Pakalpojumu sniedzējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
    - 6.4.1.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums, kurš tiek piešķirts pamatojoties uz Pasūtītāja un Labklājības ministrijas savstarpēji noslēgto līgumu LM 2017/24-1-04/09.
    - 6.4.1.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, ja mainās citi nosacījumi, kas ietekmē Līguma izpildi, kā arī gadījumos, kas noteikti PIL 64. panta pirmajā daļā. Līgumu izbeidz pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam par faktiski veikto darbu, un līgumslēdzēji vienojas par nosūtīto personu apkalpošanas kārtību.
  - 6.4.2. Pasūtītājs vienpusēji, ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot Pakalpojumu sniedzēju;
  - 6.4.3. Pakalpojumu sniedzējs vienpusēji, ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš brīdinot Pasūtītāju.
- 6.5. Vispārīgās vienošanās līguma grozījumi pieļaujami, ja tie nemaina Vispārīgās vienošanās līguma vispārējo raksturu. Šajā gadījumā grozījumi nevar pārsniegt 10% no sākotnējās Iepirkuma līguma līgumcenas, un ja grozījumi atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas regulējumam.
- 6.6. Lai veiktu grozījumus Vispārīgās vienošanās līgumā vai Iepirkuma līgumā pēc Pakalpojumu sniedzēja ierosinājuma, Pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu nepieciešamību, un jāpievieno attiecīgie dokumenti (ja attiecināms). Šajos gadījumos pasūtītājs vadās no PIL regulējuma.

## **7. Nepārvarama vara**

- 7.1. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

## 8. Citi noteikumi

- 8.1. Puses apstiprina, ka Līgumu slēdz, saskaņojot Pušu gribu, kas radusies brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, Pusēm labprātīgi, un pilnīgi vienojoties un Puses saprot Līguma saturu.
- 8.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 8.3. Visa Līgumā noteiktā un ar Līgumu saistītā rakstveidā nododamā korespondence un paziņojumi starp Pusēm tiek nosūtīta elektroniski uz e-pasta adresi: [vtpc@nrc.lv](mailto:vtpc@nrc.lv). Dokumentu oriģināli tiek nosūtīti pa pastu uz attiecīgās Puses adresi, kura norādīta Līgumā vai piegādāti personīgi attiecīgajai Pusei, izņemot gadījumus, ja Līgumā ir norādīts citādi.
- 8.4. Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu 8.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka adresāts tos ir saņēmis 7. dienā pēc to nodošanas pastā.
- 8.5. Jebkāda ar Līgumu saistītā un jebkurā formā pieejamā informācija vai citāda veida dati un Pakalpojuma sniedzēja, saskaņā ar Līgumu sagatavotās materiālās vērtības, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pakalpojuma sniedzējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
- 8.6. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 8.7. Katrai Pusei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, ir jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
- 8.8. Visi Līguma pielikumi un papildus vienošanās pie Līguma ir neatņemamas tā sastāvdaļas.
- 8.9. Jebkādi mutvārdos izteikti Līguma papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem un visas izmaiņas, un papildinājumi attiecībā uz Līgumu stāsies spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstveidā, un Pušu parakstīšanas.
- 8.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz pamatteksta 7 (septiņām) lapām ar 4 (četriem) Līguma pielikumiem katrs uz Līguma parakstīšanas dienu. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Pakalpojuma sniedzēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.11. Ar Līguma parakstīšanu abas Puses apliecina, ka tās saprot Līguma noteikumus un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.

## 9. Līdzēju rekvizīti un paraksti

### Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"  
Reģistrācijas Nr. 40003273900  
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008  
Valsts kase  
Kods: TREL LV 22  
Konts LV30 TREL 9185 6470 0100 0  
tālrunis 67185450  
e-pasta adrese: [ligita.nelsone@tpc.nrc.lv](mailto:ligita.nelsone@tpc.nrc.lv)

Valdes priekšsēdētāja Anda Nulle

Valdes loceklis Mārtiņš Oliņš



VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs  
«Vaivari»  
Juriste  
Aija Kočane

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs  
«Vaivari»  
VTPC vadītāja  
Ligita Nelsone

### Pakalpojumu sniedzējs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"Hipnos"  
Reģistrācijas Nr. 50003877011  
Tukuma iela 6, Rīga, LV - 1002  
Banka AS "Citadele banka"  
Kods: PARXLV22  
Konts LV93 PARX 0013 9676 4000 1  
tālrunis 67336564  
e-pasta adrese: [artis.svaza@hipnos.lv](mailto:artis.svaza@hipnos.lv)

Valdes priekšsēdētājs Artis Svāža

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs  
«Vaivari»  
Administratīvā departamenta vadītājs  
Agris Eglītis

Gundega Miķelsone

**Sagatavots atbilstoši**  
 atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
 ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
 NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 1**  
 atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
 ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 1. veidam "CPAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu  
**Sleep Cube Auto Plus DV54, DeVilbiss Healthcare Ltd., ASV**  
 (iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)  
 saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) 1.22 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis 26 dBA
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 3 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 45 min.	Rampas laiks no 0 līdz 45 min
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu 90 dienas ar datu kodu palīdzību
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā


\* Pretendentam ir jāsaņem tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

Artis Svaža

2018.gada 27.aprīlis





SIA "HIPNOS"  
valdes priekšrodājs  
A. Svārs  
KĒĢA  
Kopā  
Lop. g. 1000 20 000

Contenido en gramos  
K. 1

Sagatavots atbilstoši  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 2**  
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 1. veidam "CPAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu

**Air Sense 10 Elite, ResMed Ltd., Australia**

(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)

saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (ar mitrinātāju) 1.248kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis 27 dBA
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 4 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 45 min.	Rampas laiks no 0 līdz 45 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par 365 dienu periodu izmantojot attālinātu piekļuvi.
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā


\* Pretendentam ir jāsaņem tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

Artis Svaža

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada 27.aprīlis





2018. gada 22. aprīlis  
12. lapa

SIA "Hinos"  
valdes priekšsēdētājs  
A. Svābe

HSX

(Grozījumus un parakstus  
atstāt)

**Sagatavots atbilstoši**  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 3**  
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 1. veidam "CPAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu  
**Philips DreamStation CPAP, Philips Respironics, ASV**  
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)

saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) 1.33 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis 25.8 dBA
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 4 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos	Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 45 min.	Rampas laiks no 0 līdz 45 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas ar SD kartes palīdzību
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā

\* Pretendentam ir jāsaģatavo tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

Artis Svaža

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada 27.aprīlis





SIA "Hippas"  
valdes priekšsēdētājs  
A. SVARIS  
2018 gada 12. okt.  
1992

AK

Colla audzētājs un jaunmācītājs  
A. Svāris

Sagatavots atbilstoši  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 4**

atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 2. veidam "APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu

**DeVilbiss Blue, DeVilbiss Healthcare Ltd. , ASV**

(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)

saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	TKla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) = 0,9 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis = 26.6 dB
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 3 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpceļos	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpceļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 15 min.	Rampas / Soft start laiks no 0 līdz 45 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Dīvas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Dīvas izvēlnes ar dažādu ekrāna apgaismojumu – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus caur datu kodu par iepriekšējo 365 dienu periodu.
<b>6</b>	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā


\* Pretendentam ir jāsaņem tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

Artis Svaža

2018.gada 27.aprīlis



3



SIA "Hipnos"  
valdes priekšsēdētājs  
A. SVABE  
2018. gada 12. oktobrī  
Pag. 2



KK

Coat of arms of Latvia  
(divon) kopā.

2

Sagatavots atbilstoši  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 5**  
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 2. veidam "APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu  
**AirSense 10, Autoset, ResMed, Australija**  
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)

saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) = 1,248 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis = 27 dB
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 4 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpeļos	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpeļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 15 min.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 45 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus caur attālinātu piekļuvi par iepriekšējo 365 dienu periodu.
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā


\* Pretendentam ir jāsaņem tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

Artis Svaža

2018.gada 27.aprīlis





SIA "Hinos"  
valdes priekšdarītājs  
A. SVARĀ  
DARĪTA  
2012. gada 22. okt.  
13.32

Canalizacion de Rinnada  
(dars) 2012

Handwritten signature or initials.

Sagatavots atbilstoši  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumām

**Tehniskais piedāvājums Nr. 6**  
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 2. veidam "APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu  
**Prisma SMART, Lowenstein medical technology, Vācija**  
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)  
saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) = 1.34 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis = 26 dB
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 4 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpošos	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpošos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 15 min.	Rampas / Soft start laiks no 0 līdz 15 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Dīvas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Dīvas izvēlnes– pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus caur SD karti par iepriekšējo 365 dienu periodu.
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā

\* Pretendentam ir jā sagatavo tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

Artis Svaža

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada 27.aprīlis





SIA HINOS  
valdas priekšdabals  
L. SVABE

*[Handwritten signature]*

Carrollanien un Schmitt  
d. Karan) Kras

Sagatavots atbilstoši  
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
NOLIKUMA 4.pielikumam

**Tehniskais piedāvājums Nr. 7**  
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
**Iepirkuma priekšmeta 2. veidam "APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"**

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu  
**Philips DreamStation Auto CPAP, Philips Respironics, ASV**  
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)  
saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Prasības	Atbilstība prasībām (Jā/nē)
<b>1</b>	<b>Vispārīgās prasības</b>	
1.1.	CE marķējums	jā
1.2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā	jā
<b>2</b>	<b>Izmatošanas iespējas</b>	
2.1.	Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai	jā
<b>3</b>	<b>Komplektācija</b>	
3.1.	Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai	jā
3.2.	Putekļu filtrs	jā
3.3.	Smalko putekļu filtrs	jā
3.4.	Soma	jā
3.5.	Barošanas bloks	jā
3.6.	Tīkla vads	jā
3.7.	Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi	jā
3.8.	Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.	jā
<b>4</b>	<b>Iekārtas tehniskais raksturojums</b>	<b>Faktiskie parametri (ierakstīt)</b>
4.1.	Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg	Svars (bez mitrinātāja) = 1.33 kg
4.2.	Skaņas līmenis ≤ 29 dB	Skaņas līmenis = 25.8 dB
4.3.	Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H <sub>2</sub> O	Spiediena maiņas solis 0,5 cm H <sub>2</sub> O
4.4.	Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H <sub>2</sub> O	Darbības spiediena diapazons no 4 līdz 20 cm H <sub>2</sub> O
4.5.	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz	Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6.	Aizsardzības klase II, tips A	Aizsardzības klase II, tips A
<b>5</b>	<b>Funkcijas</b>	
5.1.	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpceļos	Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpceļos
5.2.	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)	Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)

5.3.	Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 15 min.	Rampas / Soft start laiks no 0 līdz 45 min.
5.4.	Auto ieslēgšanas funkcija	Auto ieslēgšanas funkcija
5.5.	Auto izslēgšanas funkcija	Auto izslēgšanas funkcija
5.6.	Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)	Divas izvēlnes– pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7.	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).	Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus caur SD karti par iepriekšējo 365 dienu periodu.
6	<b>Serviss</b>	
6.1.	Garantija ne mazāk kā 2 gadi	Garantija 2 gadi
6.2.	Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši	Garantija maskai 6 mēneši
6.3.	Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža	Iekārtas apkope 1 reizi gadā


\* Pretendentam ir jāsaģatavo tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā

Valdes priekšsēdētājs

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

Artis Svaža

2018.gada 27.aprīlis





**Sagatavots atbilstoši**  
 atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
 ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC  
 NOLIKUMA 5.pielikumam

**Finanšu piedāvājums**

atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"  
 ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC

Mēs, SIA HIPNOS, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt iekārtas saskaņā ar konkursa nolikuma  
 un tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:

Nr. p.k.	Iekārtu nosaukums un veids	Mērvienība	Cena bez PVN par vienu vienību
<b>1. CPAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana:</b>			
1.1.	CPAP Sleep Cube Auto Plus DV54, DeVilbiss Healthcare Ltd. ASV	gab.	566.00
1.2.	CPAP Air Sense 10 Elite, ResMed Ltd., Australia	gab.	570.00
1.3.	CPAP DreamStation, Philips, ASV	gab.	630.00
<b>2. APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana:</b>			
1.4.	APAP DeVilbiss Blue, DeVilbiss Healthcare Ltd., ASV	gab.	637.45
1.5.	APAP AirSense 10, AutoSet, ResMed, Australija	gab.	755.05
1.6.	APAP Prisma SMART, Lowenstein medical technology, Vācija	gab.	688.75
1.7.	APAP DreamStation, Philips, ASV	gab.	822.00
<b>Vidējā cena par vienu vienību bez PVN:</b>			667.04
<b>Plānotais iekārtu skaits:</b>			297
<b>Piedāvātā vidējā līgumcena bez PVN:</b>			198110.88

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no iekārtas izsniegšanas dienas personai;


Garantijas remonta laiks: 5(dienas) darba dienas no paziņojuma (pieteikuma) saņemšanas dienas.

Valdes priekšsēdētājs

Artis Svaža

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada 27.aprīlis



**Vienošanās par datu bāzes "Individuāli izsniedzamo tehnisko palīgīdzekļu uzskaites datubāze" lietošanu**

Rīgā

2018. gada 1. jūnijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", reģistrācijas Nr. 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV-2008, (turpmāk – Datu bāzes īpašnieks), kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis Mārtiņš Oliņš, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipnos", reģistrācijas Nr.50003877011, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, (turpmāk – Datu bāzes lietotājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Artis Svaža, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienoššanās):

**1. Vienoššanās priekšmets**

Datu bāzes īpašnieks pēc Datu bāzes lietotāja pieprasījuma piešķir Datu bāzes lietotājam datu bāzes "Individuāli izsniedzamo tehnisko palīgīdzekļu uzskaites datubāze" (turpmāk – Datu bāze) lietošanas tiesības.

**2. Pušu pienākumi un tiesības**

**2.1. Datu bāzes īpašnieks apņemas:**

- 2.1.1. piešķirt Datu bāzes lietotājam Datu bāzes lietošanas tiesības tādā apjomā, lai Datu bāzes lietotājs varētu nodrošināt starp Pusēm 2018. gada 1. jūnijā noslēgtā līguma Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08TPC (turpmāk – Iepirkuma līgums) saistību izpildi;
- 2.1.2. pēc Datu bāzes lietotāja rakstveida pieprasījuma, kas nosūtīts uz Datu bāzes īpašnieka adresi: Ventspils iela 53, Rīga, 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas, piešķirt Datu bāzes lietotāja darbiniekiem Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus;
- 2.1.3. Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus saņemt Datu bāzes lietotājs personīgi vai tā pilnvarotā persona, ierodoties pie Datu bāzes īpašnieka, adrese: Ventspils iela 53, Rīga;
- 2.1.4. iepazīstināt Datu bāzes lietotāja darbiniekus, kuriem piešķirti Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizīti, ar Datu bāzes lietošanas noteikumiem.

**2.2. Datu bāzes lietotājs apņemas:**

- 2.2.1. iesniegt Datu bāzes īpašniekam to Datu bāzes lietotāja darbinieku, kuri realizēs Iepirkuma līguma pildīšanu, identifikācijas rekvizītu rakstisku pieprasījumu, nosūtot to uz Datu bāzes īpašnieka adresi: Ventspils iela 53, Rīga, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un datora IP adresi, kā arī nekavējoties informēt Datu bāzes īpašnieku par izmaiņām šajā pieprasījumā norādītajos datos;
- 2.2.2. 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot, nosūtot informāciju uz Datu bāzes īpašnieka adresi: Ventspils iela 53, Rīga, par tiem Datu bāzes lietotāja darbiniekiem, kuri pārtraukuši darba attiecības ar Datu bāzes lietotāju, vai kuriem amata pienākumi vairs nedod tiesības lietot Datu bāzi, norādot minēto darbinieku vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu;
- 2.2.3. nodrošināt no savas puses, ka Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus izmanto tikai konkrētais lietotājs – fiziska persona, kurai tie piešķirti;

- 2.2.4. nodrošināt Vienošanās noteikumu ievērošanu no savu darbinieku puses, kuriem piešķirti Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizīti;
- 2.2.5. lietot Datu bāzi tikai un vienīgi, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma saistību izpildi;
- 2.2.6. ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un nodrošināt no savu darbinieku puses, kuriem plānots piešķirt Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus, Apliecinājuma, kas pievienots Vienošanās pielikumā, parakstīšanu;
- 2.2.7. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar fizisko personu datu drošību nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus;
- 2.2.8. neveikt nelegālu datu vai sistēmas vai tās daļu kopēšanu, kā arī no Datu bāzes iegūtās informācijas satura pārveidošanu, publicēšanu, pārvadīšanu, nodošanu vai pārdošanu, reproducēšanu, atvasinātu darbu vai datu bāžu veidošanu vai izplatīšanu;
- 2.2.9. pēc amata (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas nelikumīgi neizpaust iegūtos fizisko personu datus;
- 2.2.10. neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Datu bāzes drošības sistēmas neievērošanu vai bojāšanu, kā arī neizmantojot iegūto Datu bāzes informāciju savu datu apstrādes sistēmu izveidēm, vai komerciālā rakstura darbībām;
- 2.2.11. neizplatīt iegūto Datu bāzes informāciju, nenodot to trešajām personām un neveikt nesankcionētas izmaiņas Datu bāzē;
- 2.3. konstatējot problēmas Datu bāzes darbībā, nekavējoties par to ziņot Datu bāzes īpašniekam pa tālruni: 26427544 vai 67552350, e-pastu: [vtpc@nrc.lv](mailto:vtpc@nrc.lv).
- 2.4. Datu bāzes īpašniekam ir tiesības anulēt Datu bāzes lietotāja darbiniekiem Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus, ja tiek konstatēti Vienošanās noteikumu pārkāpumi.
- 2.5. Datu bāzes īpašnieks anulē to Datu bāzes lietotāja darbinieku Datu bāzes lietošanas rekvizītus, par kuriem saņemtas ziņas saskaņā ar Vienošanās 2.2.2. apakšpunktu;
- 2.6. Datu bāzes lietotājam ir tiesības Vienošanās noteiktajā kārtībā saņemt un lietot Datu bāzes lietošanas tiesības.

### **3. Pušu atbildība**

Par Vienošanās noteikumu nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### **4. Vienošanās darbības laiks un izbeigšana**

- 4.1. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un darbojas līdz 2019. gada 31. maijam vai līdz Iepirkuma līguma saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa šādos gadījumos:
  - 4.2.1. Pusēm rakstveidā vienojoties;
  - 4.2.2. ja tiek izbeigts Iepirkuma līgums.

### **5. Strīdu izskatīšanas kārtība**

Visus strīdus un domstarpības Vienošanās izpildes sakarā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, Puses risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### **6. Pārējie noteikumi**

- 6.1. Vienošanās izmaiņas, papildinājumi vai pielikumi stājas spēkā, kad tie ir noformēti rakstveidā, par tādiem nosaukti, un tos Puses ir parakstījušas.

- ķirti  
avu  
tus,  
latu  
sko  
itās  
nu,  
sko  
vai  
nu  
ikt  
im  
es  
as  
es  
is  
i
- 6.2. Visi paziņojumi un saskaņojumi Vienošanās izpildes sakarā nosūtāmi uz norādītajām Pušu adresēm vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresēm un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai elektroniski uz Atbildīgās personas elektroniskā pasta adresi [vtpc@nrc.lv](mailto:vtpc@nrc.lv) ar nosūtīšanas apstiprinājumu, vai 5 (piecas) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē.
  - 6.3. Pusei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, ir jāziņo otrai Pusei par sava nosaukuma, juridiskās adreses vai citu rekvizītu maiņu.
  - 6.4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz pamatteksta 3 (trīs) lapām un tai parakstīšanas brīdī 1 (viens) pielikums uz vienas lapas. Viens Vienošanās eksemplārs glabājas pie Datu bāzes īpašnieka, bet otrs – pie Datu bāzes lietotāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
  - 6.5. Parakstot Vienošanos, abas Puses apliecina, ka ir, iepazīnušās ar Vienošanās nosacījumiem, tie Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.

## 7. Pušu pārstāvji:

### Datu bāzes īpašnieks:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""  
Reģistrācijas Nr. 40003273900  
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008  
Valsts kase  
Kods: TREL LV 22  
Konts LV30 TREL 9185 6470 0100 0  
tālrunis 67185450  
e-pasta adrese: [ligita.nelsone@tpc.nrc.lv](mailto:ligita.nelsone@tpc.nrc.lv)

Valdes priekšsēdētāja Anda Nulle

Valdes loceklis Mārtiņš Oliņš



### Datu bāzes lietotājs:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"Hipnos"  
Reģistrācijas Nr. 50003877011  
Tukuma iela 6, Rīga, LV - 1002  
Banka AS "Citadele banka"  
Kods: PARXLV22  
Konts LV93 PARX 0013 9676 4000 1  
tālrunis 67336564  
e-pasta adrese: [artis.svaza@hipnos.lv](mailto:artis.svaza@hipnos.lv)

Valdes priekšsēdētājs Artis Svāža



Pielikums  
pie 2018. gada 1. jūnija  
Vienošanās par datu bāzes  
"Individuāli izsniedzamo tehnisko  
palīglīdzekļu uzskaites datubāze" lietošanu

### APLIECINĀJUMS

Es, SIA "Hipnos", reģistrācijas Nr.50003877011, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, (turpmāk – Datu bāzes lietotājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Artis Svaža

apņemos saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu:

1. saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus;
2. pēc dienesta (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas nelikumīgi neizpaust iegūtos fizisko personu datus.

Esmu brīdināts (-a), ka par nelikumīgu fizisko personu datu izpaušanu, nozaudēšanu un citiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumu pārkāpumiem varu tikt saukts (-a) pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

\_\_\_\_\_  
(datums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts un paraksta atšifrējums)

4. pielikums  
2018. gada 1. jūnija

Pakalpojumu līgumam Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC

**AKTS Nr. \_\_\_\_**  
**par izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem**

Rīgā

20\_\_ . gada \_\_ . \_\_\_\_\_

SIA "Hipnos", reģistrācijas Nr.50003877011, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002 kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Artis Svaža, no vienas puses, un

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" struktūrvienība "Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz pilnvarojuma pamata pārstāv Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (turpmāk – VTPC) vadītāja Ligita Nelsone, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, pamatojoties uz 20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_ līgumu Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ar kuru:

1. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka tas, Pasūtītāja uzdevumā laika posmā **no 20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_ līdz 20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_** ir pielāgojis, apmācījis lietošanā un izsniedzis iekārtas par kopējo summu EUR \_\_\_\_\_ Personām, kas iekļautas no Pasūtītāja datu bāzes izdrukātā ikmēneša atskaitē par izsniegtajām iekārtām un iekasētajām vienreizējām iemaksām, ievērojot Līguma noteikumus.
2. *(tabulu aizpilda saskaņā ar faktiski izsniegtajām iekārtām)*

Nr. p.k.	Izsniegtās iekārtas	Izsniegto iekārtu skaits	Personu skaits	Cena ar PVN, EUR	Summa ar PVN, EUR
1.	<b>CPAP:</b>				
1.1.					
	<b>Kopā:</b>				
2.	<b>APAP:</b>				
2.1.					
.....					
	<b>Kopā:</b>				
	<b>KOPĀ PAVISAM:</b>				

3. Pasūtītājs, pārbaudot Pakalpojuma sniedzēja iesniegto dokumentāciju par iekārtu izsniegšanu Personām, atzīst, ka Pakalpojuma sniedzējs šī akta 2. punktā minētajām Personām izsniegtās iekārtas izsniedzis atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. Pasūtītājs akceptē šī akta 1.punktā norādīto summu.

**Pakalpojuma sniedzējs:**

**Pasūtītājs:**

\_\_\_\_\_  
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

\_\_\_\_\_  
VTPC vadītāja Ligita Nelsone

5. pielikums  
2018. gada 1. jūnija

Pakalpojumu līgumam Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC

**Atskaite par neapkalpotajām personām**

(kuras Pasūtītājs nosūtījis Pakalpojuma sniedzējam pirms 30 darba dienām un ilgāk)

Nr. p.k.	Personas nosūtījums pie Pakalpojuma sniedzēja			Pakalpojuma sniedzēja atzīmes par iekārtu pielāgošanu un izsniegšanu		
	Nosūtītās personas vārds, uzvārds	Personas nosūtīšanas datums	Personas kods nosūtītai personai	Pakalpojuma sniedzēja veiktais personas novērtējuma datums	Iekārtas neizsniegšanas iemesls	Plānotais (pieraksts) iekārtas pielāgošanas un izsniegšanas personai datums
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

**Pakalpojuma sniedzējs:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)